

## PROGRAMMA MANUTENZIONI PREVENTIVE



## SAFE CleanBox STK 113 – STK103

## MANUTENZIONI PREVENTIVE

	1° ANNO		
	1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre
N. tecnici	1	1	1
N. ore/persona	2	2	3
INTERVENTO	MANUTENZIONE PREVENTIVA	MANUTENZIONE PREVENTIVA	MANUTENZIONE PREVENTIVA
SOSTITUZIONI PREVISTE	/	/	SPAZZOLA TERGICRISTALLO ASPIRATORE + FILTRI

	2° ANNO		
	1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre
N. tecnici	1	1	1
N. ore/persona	2	2	4
INTERVENTO	MANUTENZIONE PREVENTIVA	MANUTENZIONE PREVENTIVA	MANUTENZIONE PREVENTIVA
SOSTITUZIONI PREVISTE	/	/	SPAZZOLA TERGICRISTALLO ASPIRATORE + FILTRI GUARNIZIONI FLANGE GUARNIZIONI PORTE

	3° ANNO		
	1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre
N. tecnici	1	1	1
N. ore/persona	2	2	4
INTERVENTO	MANUTENZIONE PREVENTIVA	MANUTENZIONE PREVENTIVA	MANUTENZIONE PREVENTIVA
SOSTITUZIONI PREVISTE	/	/	SPAZZOLA TERGICRISTALLO ASPIRATORE + FILTRI TUBI ARIA/ACQUA MANIPOLI

	4° ANNO		
	1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre
N. tecnici	1	1	1
N. ore/persona	2	2	4
INTERVENTO	MANUTENZIONE PREVENTIVA	MANUTENZIONE PREVENTIVA	MANUTENZIONE PREVENTIVA
SOSTITUZIONI PREVISTE	/	/	SPAZZOLA TERGICRISTALLO ASPIRATORE + FILTRI GUARNIZIONI FLANGE GUARNIZIONI PORTE

5° ANNO			
	1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre
N. tecnici	1	1	1
N. ore/persona	2	2	4
INTERVENTO	MANUTENZIONE PREVENTIVA	MANUTENZIONE PREVENTIVA	MANUTENZIONE PREVENTIVA
SOSTITUZIONI PREVISTE	/	/	SPAZZOLA TERGICRISTALLO ASPIRATORE + FILTRI POMPA DI SCARICO

6° ANNO			
	1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre
N. tecnici	1	1	1
N. ore/persona	2	2	5
INTERVENTO	MANUTENZIONE PREVENTIVA	MANUTENZIONE PREVENTIVA	MANUTENZIONE PREVENTIVA
SOSTITUZIONI PREVISTE	/	/	SPAZZOLA TERGICRISTALLO ASPIRATORE + FILTRI GUARNIZIONI FLANGE GUARNIZIONI PORTE TUBI ARIA/ACQUA MANIPOLI

7° ANNO			
	1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre
N. tecnici	1	1	1
N. ore/persona	2	2	3
INTERVENTO	MANUTENZIONE PREVENTIVA	MANUTENZIONE PREVENTIVA	MANUTENZIONE PREVENTIVA
SOSTITUZIONI PREVISTE	/	/	SPAZZOLA TERGICRISTALLO ASPIRATORE + FILTRI

8° ANNO			
	1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre
N. tecnici	1	1	1
N. ore/persona	2	2	4
INTERVENTO	MANUTENZIONE PREVENTIVA	MANUTENZIONE PREVENTIVA	MANUTENZIONE PREVENTIVA
SOSTITUZIONI PREVISTE	/	/	SPAZZOLA TERGICRISTALLO ASPIRATORE + FILTRI GUARNIZIONI FLANGE GUARNIZIONI PORTE

	9° ANNO		
	1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre
<b>N. tecnici</b>	1	1	1
<b>N. ore/persona</b>	2	2	4
<b>INTERVENTO</b>	MANUTENZIONE PREVENTIVA	MANUTENZIONE PREVENTIVA	MANUTENZIONE PREVENTIVA
<b>SOSTITUZIONI PREVISTE</b>	/	/	SPAZZOLA TERGICRISTALLO ASPIRATORE + FILTRI TUBI ARIA/ACQUA MANIPOLI

	10° ANNO		
	1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre
<b>N. tecnici</b>	1	1	1
<b>N. ore/persona</b>	2	2	5
<b>INTERVENTO</b>	MANUTENZIONE PREVENTIVA	MANUTENZIONE PREVENTIVA	MANUTENZIONE PREVENTIVA
<b>SOSTITUZIONI PREVISTE</b>	/	/	SPAZZOLA TERGICRISTALLO ASPIRATORE + FILTRI GUARNIZIONI FLANGE GUARNIZIONI PORTE POMPA DI SCARICO